

TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO

579464 / Ultraäänilaite Kliinisen neurofysiologian yksikköön INV/2750/25

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Ultraäänilaite		GE Healthcare Finland Oy		Philips Oy		Sonar Oy		Pisteiden laskentatapa
Tarjotun laitteiston merkki ja malli		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		
Laadullinen arviointi ja pisteytys (yhteensä 70 p)	Maksimip.	GE Logiq Fortis	Pist.	Philips Epiq Elite Elevate	Pist.	Samsung Medison V8	Pist.	
<i>Laatua arvioidaan tarjouksista saatujen tietojen ja tarvittaessa koekäyttäjien perusteella. Useampi tarjottu laitteisto voi saada kustakin arviointikohdasta saman pistemäärän.</i>		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		
Antureiden kuvanlaatu, säädettävyyys ja optimointi	20	Kuvanlaatu hyvä. Sopiva kontrasti erottamaan hemorakenteet ja hermojen sisärakenteet pienissäkin hermohaaroissa. Toimiva automaattinen fokusointi. Taajuus säädettävissä hertseittäin.	20	Kuvanlaatu kokonaisuudessaan hyvä. Hermo erottuu ympäröivästä kudoksesta hyvin, mutta sisärakenne jää sutuiseksi. Kuvan optimointimahdollisuudet tavanomaisen hyvät.	10	Hermon tutkimiseen hyvä kontrasti. Hermon sisärakenne erottuu hyvin.	20	Manuaalinen
(Paras/parhaat 20 p; seuraava(t) 10, 5, 0 p)								
Mittaustoiminnot (käyttölogiikka, monipuolisuus, grafiikka)	15	Mittaustoiminnot helposti saavutettavissa ja säädettävissä. Trace-area-piirto miellyttävä ja helppo, sai koekäyttäjiltä erityistä kiitosta.	15	Mittaustoiminnot hyvin käytettävissä	7	Mittaustoiminnot hyvin käytettävissä	7	Manuaalinen
(Paras/parhaat 15 p, seuraava(t) 7, 3, 0 p)								
Laitteen käyttöjärjestelmän toimintalogiikka	15	Sopivan yksinkertainen, toisaalta monipuolinen käyttöliittymä. Intuiivinen. Hyviä työtä nopeuttavia ominaisuuksia, kuten L/R-vertailu helposti saavutettavissa.	15	Sopivan yksinkertainen, toisaalta monipuolinen käyttöliittymä. Intuiivinen.	15	Käyttöliittymä hieman monimutkainen muihin laitteisiin verrattuna. Kuitenkin opeteltavissa.	7	Manuaalinen
(Paras/parhaat 15 p, seuraava(t) 7, 3, 0 p)								
Laitteen monitorin, antureiden, painikkeiden, kaapeliin yms. sijoittelu, säädettävyyys ja ergonomia	10	Tavanomainen sijoittelu. Sopii KNF:n käyttötarkoituksiin hyvin. Hyvänä ominaisuutena myös anturissa olevat säätönapit.	10	Tavanomainen sijoittelu. Sopii KNF:n käyttötarkoituksiin hyvin.	10	Tavanomainen sijoittelu. Sopii KNF:n käyttötarkoituksiin hyvin.	10	Manuaalinen
(Paras/parhaat 10 p; seuraava(t) 5, 2, 0 p)								
Dopplerin laatu	5	Riittävä KNF:n käyttöön. Hyvin säätävä.	5	Riittävä KNF:n käyttöön. Hyvin säätävä.	5	Riittävä KNF:n käyttöön. Hyvin säätävä.	5	Manuaalinen
(Paras/parhaat 5 p, seuraava(t) 3, 1, 0 p)								
Laitteen liikuteltavuus	5	Yksinkertaisesti liikuteltava. Sopivan kokoinen laitteisto.	3	Yksinkertaisesti liikuteltava. Sopivan kokoinen laitteisto.	3	Yksinkertaisesti liikuteltava. Sopivan kokoinen laitteisto. Siirtoakku hyvä ominaisuus.	5	Manuaalinen
(Paras/parhaat 5 p, seuraava(t) 3, 1, 0 p)								
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	70		68,00		50,00		54,00	
<i>Vertailuhinnassa huomioidaan:</i> - vähimmäisvaatimukset täyttävä toimintavalmis ultraäänilaitteisto - anturi 1: Lineaarianturi - anturi 2: Hockey stick -anturi tai vastaava (min. 16 - 18 MHz) - määräaikaishuollon kokonaishinta viideltä takuuvajan jälkeiseltä vuodelta.								
Kokonaishinta yhteensä	30	56390,00 EUR	29,39	67421,00 EUR	24,58	55250,00 EUR	30,00	pienin annettu arvo
Kaikki pisteet yhteensä	100		97,39		74,58		84,00	 * maksimipisteet tarjottu arvo

Sijoitus 1.

Sijoitus 3.

Sijoitus 2.