

**TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO**  
**523501 / Ultraäänilaite lasten reumapoliiklinikalle INV/9401/24**  
 Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys  
**Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3**

Ultraäänilaite		GE Healthcare Finland Oy		Sonar Oy		Tromp Medical Oy		Pisteiden laskentatapa
Ultraäänilaite		Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Tarjotun laitteiston merkki ja malli		GE Logiq Totus		Samsung Medison		Canon Aplio me		
<b>Laadullinen arviointi ja pisteytys</b>	<b>Maksimip.</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	
Antureiden kuvanlaatu, säädettävyyden ja optimointi (Paras/parhaat 20 p, seuraavat 10 p, 5 p, 0 p)	20	Kuvanlaatu on hyvä.	5	Antureiden kuvanlaatu oli hyvä. Hockey stickin kuvanlaatu varsinkin hyvä ja selvästi parantunut aiempaan verrattuna. Kuvan optimointi melko hyvä.	10	Antureiden kuvanlaatu oli varsin hyvä erityisesti lineaariantureissa ja hyvä hockey stick -anturissa. Kuvan optimoinnin automaattisäädöt toimivat hyvin vähentäen tarvetta manuaaliseen säätöön.	20	Manuaalinen
Laitteen monitorin, antureiden, painikkeiden ja kaapelien sijoittelu, säädettävyyden ja ergonomian (Paras/parhaat 10 p, seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10	Kokeiltavana oli yksi lineaarianturi (ML-16), joka on turhan leveä pienten lasten nivelten tutkimiseen.	5	Hyvä.	10	Hyvä. Lineaari-pinta-anturi soveltuu hyvin pienten lasten tutkimiseen.	10	Manuaalinen
Laitteen käyttöjärjestelmän toimintalogiikka (Paras/parhaat 10 p, seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10	Käyttöjärjestelmän toimintalogiikka on jonkin verran sekava vaatien eri vaiheiden muistamista ja aika paljon näppäilyä.	2	Selkeä	10	Selkeä, joskin potilaslistassa etunimet väärässä järjestyksessä.	5	Manuaalinen
Dopplerin laatu (Paras/parhaat 10 p, seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10	Kohtalainen.	5	Hyvä.	10	Hyvä.	10	Manuaalinen
Mittaustoiminnot (käyttölogiikka, monipuolisuus, grafiikka) (Paras/parhaat 5 p, seuraavat 2 p, 0 p)	5	Kohtalaiset.	2	Hyvät ja selkeät.	5	Hyvät ja selkeät.	5	Manuaalinen
Laitteen liikuteltavuus (Paras/parhaat 5 p, seuraavat 2 p, 0 p)	5	Kevyt ja kätevä liikutella.	5	Kevyt ja kätevä liikutella.	5	Kevyt ja kätevä liikutella.	5	Manuaalinen
<b>Kriteeri-kohtaiset pisteet yht.</b>	<b>60</b>		<b>24</b>		<b>50</b>		<b>55</b>	
<b>Kokonaishinta yhteensä</b>	<b>40</b>	<b>46990,00 EUR</b>	<b>33,07</b>	<b>59250,00 EUR</b>	<b>26,23</b>	<b>53500,00 EUR</b>	<b>29,05</b>	pienin annettu arvo
<b>Kaikki pisteet yhteensä</b>	<b>100</b>		<b>57,07</b>		<b>76,23</b>		<b>84,05</b>	..... * maksimipisteet tarjottu arvo

Sijoitus 3.

Sijoitus 2.

Sijoitus 1.