

TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO
549391 / Holter-rekisteröintilaitteet LAI/1437/25
 Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
 Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2
 Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Ehdottomat vaatimukset	
Holter-rekisteröintilaitte	Maksimi
Tarjotun laitteen merkki ja malli	
Vertailuhinta sisältää:	
- Rekisteröintilaitte, 3-kanavainen, 25 kpl - Kantolaukut ja potilaskaapelit 3-kanavaiseen rekisteröintiin - Ohjelmisto, käyttöoikeus seitsemälle samanaikaiselle käyttäjälle tai 35 työasemalle.	

Laadullinen arviointi ja pisteytys	
Laatuarviointi	Maksimi
<i>Laatua arvioidaan tarjouksista ja niiden liitteistä/selvityksistä saatujen tietojen sekä koekäyttöjen perusteella.</i>	
<i>Useampi kuin yksi laite voi saada kustakin vertailukohdasta samat pisteet. Mikäli koekäytössä arvioidaan jokin ominaisuus poikkeuksellisen puutteelliseksi, voi ko. kohdasta saada 0 p.</i>	
A. Toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet:	30
- Rekisteröinnin tekninen laatu - Ohjelman toimintalogiikan selkeys - Mittaus- ja analyysitoimintojen monipuolisuus ja käytön sujuvuus - Raportointitoimintojen monipuolisuus - Arkistoinnin ja verkotuksen toiminnallisuus (Paras/parhaat 30 p; seuraava(t) 15 p, 0 p)	
B. Käytettävyys ja ergonomia:	20
- Laitteen käyttömukavuus potilaalle - Tutkimuksen valmistelun, päättämisen ja välinehuollon sujuvuus (Paras/parhaat 20 p; seuraava(t) 10 p; 0 p)	
C. Tuotantokyky tarjoajan lataaman liitteen 3.4 (tekninen pisteytys) mukaisesti	10
(Teknisen pisteytyksen parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja saa painotetusti 10 pistettä, muut suhteessa parhaaseen)	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	60
Kokonaishinta yhteensä	40
Kaikki pisteet yhteensä	100

Cephalon Finland	
Annettu tieto	
Schiller medilog AR Professional tallennin, medilog Darwin Professional analyysiohjelmisto	

Cephalon Finland	
	Pisteet
Tarjotuista laitteista parempi ohjelman toimintalogiikan selkeydessä sekä mittaus- ja analyysitoimintojen monipuolisuudessa ja käytön sujuvuudessa. Esimerkiksi työnkulku on joustavampi ja paremmin mukautettavissa käyttäjän toiveiden mukaan, joten ohjelman käyttö on selkeämpää ja sujuvampaa. Lisäksi käyttäjän haluamat muutokset automaattisen analyysin tuloksiin ovat paremmin tehtävissä ja muokkaaminen on sujuvampaa Darwin-ohjelmassa.	30
	10
42/45	10
	50,00
96700,00 EUR	40,00
	90,00

Sijoitus 1.

GE Healthcare Finland Oy	
Annettu tieto	
SEER 1000	

GE Healthcare Finland Oy	
	Pisteet
	15
Tarjotuista laitteista parempi käytettävyydessä ja ergonomiassa: käytettävissä useampi vaihtoehtoinen kantotapa, lapsipotilaita varten on käytettävissä oma lyhyempi potilaskaapeli ja oirepainike on potilaalle selkeämpi käyttää.	20
38/45	9,05
	44,05
125000,00 EUR	30,94
	74,99

Sijoitus 2.

Pisteiden laskentatapa

Pisteiden laskentatapa

Manuaalinen

Manuaalinen

Manuaalinen

pienin annettu arvo
 * maksimipisteet
 tarjottu arvo