

575498 / Intraoperatiivinen fluoresenssikuvauslaite INV/2558/25
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Ehdottomat vaatimukset		Getinge Finland Oy		Karl Storz Endoscopy Suomi Oy		Medtronic Finland Oy		Pisteiden laskentatapa
Intraoperatiivinen fluoresenssikuvauslaite		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		
Tarjotun laitteen merkki ja malli		Fluobeam LX		KARL STORZ IMAGE1 RUBINA		PTeye™ parathyroid detection system		
Laadullinen arviointi ja pisteytys		Getinge Finland Oy		Karl Storz Endoscopy Suomi Oy		Medtronic Finland Oy		Pisteiden laskentatapa
Laatuarviointi		Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
<i>Laatua arvioidaan tarjouksista ja niiden liitteistä/selvityksistä saatujen tietojen sekä koekäyttöjen perusteella. Useampi laite voi vertailussa saada kustakin vertailukohdasta saman pistemäärän.</i>								
Laitteen herkkyys ja tarkkuus lisäkilpirauhasen sijainnin määrittämisessä (Paras/parhaat = 10 p, seuraavat 5 p, 0 p)	10	Hyvä	10	Heikoin arvioiduista	0	Kohtalainen	5	Manuaalinen
Lisäkilpirauhasen kuvantamisen tulkittavuus ja selkeys (Paras/parhaat = 10 p, seuraavat 5 p, 0 p)	10	Hyvä	10	Kohtalainen	5	Hyvä	10	Manuaalinen
Käyttökelpoisuus kudoksen verenkierron varmistamisessa (Paras/parhaat = 10 p, seuraavat 5 p, 0 p)	10	Hyvä	10	Hyvä	10	Ei sovellu	0	Manuaalinen
Yleinen käytettävyyys: käyttöliittymän selkeys, laitteiston automatiikka ja viannääritys (Paras/parhaat = 10 p, seuraavat 5 p, 0 p)	10	Hyvä	10	Hyvä	10	Kohtalainen	5	Manuaalinen
Laitteen liikuteltavuus, käsiteltävyys ja työskentelyergonomia (Paras/parhaat = 10 p, seuraavat 5 p, 0 p)	10	Hyvä	10	Heikoin arvioiduista	0	Kohtalainen	5	Manuaalinen
Laitteen käyttökelpoisuus tähyystykirurgiassa (Paras/parhaat = 5 p, seuraavat 2 p, 0 p)	5	Ei sovellu	0	Hyvä	5	Ei sovellu	0	Manuaalinen
Laitteen käyttöönoton sujuvuus (Paras/parhaat = 5 p, seuraavat 2 p, 0 p)	5	Hyvä	5	Hyvä	5	Hyvä	5	Manuaalinen
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	60		55,00		35,00		30,00	
<i>Hintaa arvioidessa huomioidaan</i>								
* ehdottomat vaatimukset täyttävän laitteistokokonaisuuden hinta								
* mahdolliset laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ilmoitetuilla toimenpidemääräarvioilla 4 vuoden ajalle								
* ylläpidosta aiheutuvat kustannukset yhteensä 7 vuoden laskennalliselle ajalle.								
Kokonaishinta yhteensä	40	109226,00 EUR	31,56	86171,99 EUR	40,00	212250,00 EUR	16,24	pienin annettu arvo
Kaikki pisteet yhteensä	100		86,56		75,00		46,24	 * maksimipisteet tarjottu arvo

Sijoitus 1.