

Oikaisuvaatimus

**Hankinnanoikaisu PIRHAN tarjouspyyntöön (viite: 18670/2023)
Suun terveydenhuollon yleisanestesiapalvelujen hankinta (HILMA 2024-009823)**

1. Hakuasiakirjojen saatavuudesta

Asia on virallisesti annettu tiedoksi 19.6.24 klo 9:16. Tuomi Logistiikka on vastaanottanut hakemusasiakirjapyyntöni 19.6.24. Heti seuraavana aamuna se on vahvistanut, että pyyntö on ohjattu hankinta-asiantuntijoille.

Tähän mennessä (1.7.24) en ole saanut pyydettyjä asiakirjoja. Varaan mahdollisuuden palata hankinnanoikaisuun myös 14 vrk määräajan jälkeen, mikäli aikanaan Tuomi Oy:stä toimitettavista asiakirjoista ilmenee sellaista, jolla on päätöksessä merkitystä.

2. Tavanomainen hammashoituhuone ei lähtökohtaisesti ole tila, jossa anestesiaa voi antaa

Hankintalain 81 § ja 114 § määrittelevät tarjoajan poissulkuperusteet. PIRHA on esimateriaalissaan kuvannut kummankin kahden hoitopaikan anestesiatoiminnan tapahtuvan tavallisissa hammashoituhuoneissa (Kangasala tai Etelä-Hervanta).

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 ja standardi SFS6000-7-710:2022 toteavat, että hammashoituhuone on ryhmän 1 hoitotila, jossa ei tule antaa anestesiaa. Anestesiakäyttö edellyttää ryhmän 2 lääkintätilaa, jollainen tavanomainen hammashoituhuone (ryhmä 1) ei ole.

- **Virallisen tarkastuslaitoksen puolueeton lausunto on välttämätön, jotta anestesia hammashoituhuoneessa on mahdollista.**
- **Sähköturvallisuuslausunnon puuttuessa tulee tarjoaja sulkea pois sekä hankintalain että sähköturvallisuuslain perusteella.**

Anestesiapalveluyritys voi erikseen hakea hyvinvointialueesta riippumatonta virallisen tarkastajan lausuntoa siitä, että anestesia-laitteisto ja prosessi ovat potilasturvallisia ja käyttöön hyväksyttäviä myös hammashoituhuoneessa.

Uneximed Oy:llä on tarjoukseen liitettyä virallisen tarkastusorganisaation lausunto, joten se voi niissä toimia. Mikäli joku tarjoajista ei esitä puolueettoman virallisen tarkastusorganisaation lausuntoa, tulee sen tarjous hankintalain poissulkuperusteilla hylätä.

3. Hyvinvointialue valvoo sekä sähköturvallisuuslain että viranomaislupien noudattamista

- PIRHA on tuonut esiin, että tarjoajalla tulee olla edellytykset toimia lain ja viranomaisten edellyttämällä tavalla.
- Siksi esitän, että PIRHA viivytyksettä tarkastaa Aiderix Oy:n sähköturvallisuuslausunnon.
- Mikäli virallinen puolueeton sähköturvallisuuslausunto puuttuu, tulee Aiderix Oy sulkea pois tarjouskilpailusta.

Lähetetään sähköpostitse PIRHAN kirjaamoon päivämäärällä 1.7.2024

Kohteliaimmin

Uneximed Oy
TJ Ilkka Kalli, MBA, Dos
Anest EL (hallinnon pät.)
ilkka.kalli@unexi.net