

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Ehdottomat vaatimukset	
Urodynamicialaitteisto	
Yksikköhinta	
Tarjotun urodynamicialaitteiston merkki ja malli	
1-kanavainen abdominaalikatetri	
Yksikköhinta	
Hankittava määrä 1200 kpl	
Tuotenumero (ref) ja tuotteen tilausnumero	
2-kanavainen rakkokatetri	
Yksikköhinta	
Hankittava määrä 1200 kpl	
Tuotenumero (ref) ja tuotteen tilausnumero	
Huolto ja kunnossapito	
Yksikköhinta	
Takuuajan jälkeinen huolto- ja ylläpitosopimus: Kaiken kattavan ylläpitosopimuksen yhteenlaskettu hinta / laite / 5 vuotta liitteessä 3.1 (Tekninen ylläpito) kohdassa 3 ilmoitetun vaatimussisällön mukaisesti	

Laadullinen arviointi ja pisteytys	
Laatuarviointi	Maksimipisteet
Laatua arvioidaan tarjouksista ja niiden liitteistä/selvityksistä saatujen tietojen sekä koekäyttäjien perusteella.	
Useampi laite voi vertailussa saada kustakin vertailukohdasta saman pistemäärän.	
A. Tutkimusvalmistelujen helppous ja selkeys (Paras 10 p; seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10
B. Käyttöliittymän helppo opittavuus ja sen selkeä eteneminen tehtävästä toiseen (Paras 10 p; seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10
C. Katetrin asettamisen helppous (Paras 10 p; seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10
D. Ohjelman tuottaman visuaalisen raportin luettavuus (Paras 10 p; seuraavat 5 p, 2 p, 0 p)	10
E. Tuotantokyky tarjoajan lataaman liitteen 3.4 (tekninen pisteytys) mukaisesti (Teknisen pisteytyksen parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja saa painotetusti 10 pistettä, muut suhteessa parhaaseen)	10
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	50
Kokonaishinta yhteensä	50
Kaikki pisteet yhteensä	100

MEQnordic	
Annettu tieto	
54500,00 EUR / kpl	
Nexam Pro	
Annettu tieto	
30,21 EUR / kpl	
36252,00 EUR	
CAT875	
Annettu tieto	
45,40 EUR / kpl	
54480,00 EUR	
CAT880	
Annettu tieto	
10000,00 EUR / kpl	

MEQnordic	
Annettu tieto	Pisteet
Langattoman valmistelut helposti opittavissa. Langattomat katetrit osalle liian lyhyitä verrattuna siihen, mihin asti laitteen saa tuotua. Kaulanauhojen puhtaanapito haastavaa. Toisille laite on riittävän pitkä kaulassa roikkumiseen, toisille ei.	10
Selkeät ohjelmat ja painikkeet, joilla tehdään mitään tutkimusta. Myös kommentointi on mahdollista tutkimuksen aikana. Tekninen tuki helposti saatavilla.	10
Langallinen: katetrin asettaminen helppoa. Langattoman katetrin "kuffittomuus" lisää toimintavarmuutta.	10
Visuaalisen raportin luettavuus hyvä ja selkeä. Saatavilla lukuohjelma lääkärin koneelle.	10
38,43 / 44	8,73
	48,73
155232,00 EUR	43,73
	92,47

Sijoitus 1.

SynMed Medicinteknik AB	
Annettu tieto	
42180,00 EUR / kpl	
Uromic Symphony	
Annettu tieto	
30,00 EUR / kpl	
36000,00 EUR	
UD-061AAC	
Annettu tieto	
43,00 EUR / kpl	
51600,00 EUR	
UD-062BUAC	
Annettu tieto	
6000,00 EUR / kpl	

SynMed Medicinteknik AB	
Annettu tieto	Pisteet
Katetroijan pöydän valmistelut samat. EMG-piihat/lätkät (yhdistelmä) ovat kertakäyttöisiä, mikä on hyvä. EMG-johtojen pituus jää mietittävään. Laitteen suojapussin kaulanauha lyhyt; toki pidemmät kaapelit, joten näillä tämän päivän potilailla riittävät, ei tietoa riittäkö käveleville.	10
Käyttöliittymä sekava ja haastava käyttää. Vaikea hahmottaa, millä ohjelmalla ja painikkeella saadaan mitkään tutkimukset tehtyä. Jäävesitestissä ei voida tehdä huomioita siihen kohtaan missä tuntemus on, vaan vasta lopuksi yhteenvetona. Ei varsinaista ohjelmaa jäävesitestille, vaan sovelletaan kystometriaa. Käyrän muuttumisen selittämiseen ei mahdollisuutta. Suomenkielisyydestä plussaa.	5
Katetrin laittaminen melko samanlaista. Ehkä hieman joustavampi kun on ch 6 (entinen ch 7). Rakkokatetrin vesiletkussa kiinteä korkki, mikä on hyvä asia, jos on kävelevä potilas.	5
Hoitajien mielestä tuloste epäselvä, rakeinen.	5
44 / 44	10
	35,00
135780,00 EUR	50,00
	85,00

Sijoitus 2.

Pisteiden laskentatapa

Hankintakohtainen

Hankintakohtainen

Hankintakohtainen

Hankintakohtainen

Hankintakohtainen

Hankintakohtainen

Pisteiden laskentatapa

Manuaalinen

Manuaalinen

Manuaalinen

Manuaalinen

Manuaalinen

pienin annettu arvo * maksimipisteet
tarjottu arvo