TUOMI

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

626131 / Ultraäänilaite palliatiivisen yksikön käyttöön INV/4442/26
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 4
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 4

Ultraäänilaite		**GE Healthcare Finland Oy**		**Lifemed Oy**		**Philips Oy**		**Tromp Medical Oy**		**Pisteiden laskentatapa**
Ultraäänilaite		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**		**Annettu tieto**		
Vertailuhinnassa huomioidaan vähimmäisvaatimukset täyttävä toimintavalmis ultraäänilaitteisto sekä määräaikaishuollon kokonaishinta viideltä takuuajan jälkeiseltä vuodelta.										
Tarjotun laitteiston merkki ja malli		**Venue Go R6**		***Liikesalaisuus***		**Flash 5100 POC Std**		**Fujifilm Sonosite PX**		
Laadullinen arviointi ja pisteytys	**Maksimi**	**Annettu tieto**	**Pisteet**	**Annettu tieto**	**Pisteet**	**Annettu tieto**	**Pisteet**	**Annettu tieto**	**Pisteet**	
Laatua arvioidaan koekäyttöjen sekä tarjouksista ja niiden liitteistä saatujen tietojen perusteella. Useampi tarjottu laitteisto voi saada kustakin arviointikohdasta saman pistemäärän.										
Antureiden kuvanlaatu, säädettävyys ja optimointi (Paras/parhaat 25 p, seuraava[t] 12 p, 6 p, 0 p)	25	Paras kuvanlaatu, helposti säädettävissä ja optimoitavissa.	25	Iso näyttö, jonka kuvanlaatu hyvä; ei kokonaisuutena yllä parhaan laitteen tasolle.	12	Iso näyttö ja kuvanlaatu hyvä. Optimointi tehtävä alapuoleisista näppäimistä, jota ei koettu aivan yhtä helpoksi kuin kosketusnäyttöä.	6	Hyvä kuvanlaatu, mutta ei kokonaisuutena yllä muiden tasolle.	0	Manuaalinen
Laitteen käyttöjärjestelmän selkeys ja helppokäyttöisyys (Paras/parhaat 10 p, seuraava[t] 5 p, 2 p, 0 p)	10	Selkeä kosketusnäyttö, jota helppo käyttää, mutta ei aivan yhtä intuitiivinen kuin Philipsillä.	5	Kosketusnäyttö, jonka käyttö varsin yksinkertaista, mutta ei ihan yhtä selkeä kuin paremmat pisteet saaneilla.	2	Kosketusnäytön ja erillisten näppäinten yhdistelmä. Helppo käyttää.	10	Ei kosketusnäyttöä; käytettävä alapuolisesta valikosta, jonka käyttö ei ihan yhtä helppoa kuin muissa.	0	Manuaalinen
Mittaustoimintojen selkeys ja helppokäyttöisyys (Paras/parhaat 10 p, seuraava[t] 5 p, 2 p, 0 p)	10	Hyvät ja helpot valmiit ohjelmat sekä selkeä käyttää esim. nesteen määrän mittaukseen.	10	Pelkän kosketusnäytön käyttö koettiin myös mittauksissa helpoksi ja toimivaksi.	5	Kosketusnäytön käyttö mittauksissa helpotti käyttöä.	2	Mittaus vaatii useampien painikkeiden painamista ja valitsemista, jota ei koettu yhtä helpoksi kuin muissa.	0	Manuaalinen
Dopplerin laatu (Paras/parhaat 5 p, seuraava[t] 2 p, 0 p)	5	Paras laatu, helppo käyttää.	5	Ei laadultaan yltänyt aivan parempien tasolle.	0	Hyvä laatu, käyttö kohtalaisen helppoa.	2	Toiminnon käyttöönotossa ilmeni koekäytössä merkittäviä vaikeuksia.	0	Manuaalinen
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	**50**		**45,00**		**19,00**		**20,00**		**0,00**	
Kokonaishinta yhteensä	**50**	**38048,35 EUR**	**41,05**	**31240,00 EUR**	**50,00**	**36717,05 EUR**	**42,54**	**32500,00 EUR**	**48,06**	pienin annettu arvo ---------- * maksimipisteet tariottu arvo
Kaikki pisteet yhteensä	**100**		**86,05**		**69,00**		**62,54**		**48,06**	
		Sijoitus 1.		Sijoitus 2.		Sijoitus 3.		Sijoitus 4.		

Tuomi Logistiikka Oy
ärkijärvenkatu 1
3840 Tampere
722581-6
uhelin
elefax
mail
nternet

+358 35678100

asiakaspalvelu@tuomi.fi
http://www.tuomi.fi